

Vizcarra® Kit Epidural Básico

EQUIPO BÁSICO PARA ANESTESIA EPIDURAL

La calidad de equipo que necesita la precisión de componentes que espera

Equipo de calidad con componentes de precisión de diseño avanzado, que reúne todos los elementos indispensables para la colocación de una cánula epidural.

Reg.No. 1774C2002 S.S.A.

Catéter epidural de nylon radiopaco 19G X 920 mm

Flexibilidad que impide la perforación de la duramadre o paredes vasculares. Punta roma, con 3 orificios distribuidos en forma espiral. Marcado a cada centímetro hasta llegar a 20 cm. a partir de 5 cm del orificio proximal.



Adaptador roscado LUER

Diseño avanzado que impide fugas y ofrece una perfecta unión entre el catéter epidural y la jeringa.



Aguja epidural modelo TUOHY

TUOHY Desechable y graduada a cada centímetro con punta roma, que previene la perforación de la duramadre y permite su localización su penetración.



Jeringa de pérdida de resistencia (lor) de 7ml. conexión LUER

Corroborar la presencia del bisel de la aguja en el espacio epidural con el paso de un líquido inerte, por el suave deslizamiento de su émbolo.

Especificaciones y componentes de las diferentes versiones disponibles de equipos básicos para anestesia epidural

Vizcarra® Kit Epidural Básico

Código de pedido	Calibre Catéter	Calibre Aguja Tuohy 90mm	Jeringa LOR	Filtro
GPAR1916	19 G	16 G	7 ml	Si
HPAR1916	19 G	16 G	7 ml	No
GPAR1917	19 G	17 G	7 ml	Si
HPAR1917	19 G	17 G	7 ml	No
GPAR2018*	20 G	18 G	7 ml	Si
HPAR2018*	20 G	18 G	7 ml	No

* Fabricación especial sobre pedido



Contiene

- 1 Aguja Epidural tipo Tuohy.
- 1 Catéter de Nylon Radiopaco.
- 1 Jeringa de pérdida de resistencia 7ml.
- 1 Adaptador guía.
- 1 Adaptador roscado LUER.
- 1 Filtro Antibacteriano de 0.22 micras (opcional).



Vizcarra® Mini Kit Epidural

Código de pedido	Calibre Catéter	Calibre Aguja Tuohy 90mm
EPAR1916	19 G	16 G
EPAR1917	19 G	17 G
EPAR2018*	20 G	18 G

* Fabricación especial sobre pedido

Contiene

- 1 Aguja Epidural tipo Tuohy.
- 1 Catéter de Nylon Radiopaco.
- 1 Adaptador guía.
- 1 Adaptador roscado LUER.
- 1 Filtro Antibacteriano de 0.22 micras (opcional).

Vizcarra® Catéter Epidural con Adaptador Roscado

Código de pedido	Calibre Catéter	Calibre Aguja Recomendado
IPAR1992	19 G	16 G y 17G
IPAR2092*	20 G	18 G

* Fabricación especial sobre pedido

Contiene

- 1 Catéter de Nylon Radiopaco.
- 1 Adaptador guía.
- 1 Adaptador roscado LUER.



Vizcarra® Aguja Epidural tipo Tuohy

Código de pedido	Calibre Aguja Tuohy 90mm
KACETU16	16 G
KACETU17	17 G
KACETU18*	18 G

* Fabricación especial sobre pedido

Contiene

- 1 Aguja Epidural tipo Tuohy.

